


ISO TS 13136 - 2. část – izolace a confirmace STEC



Výhody a nevýhody ISO TS 13136

- + zaměřena na faktory virulence – průkaz patogenních EC (lze aplikovat i na jiné druhy než STEC)
- + rychlá a přesná identifikace negativních vzorků
- pracnost kultivační části (malé počty cílových bakterií, doprovodná mikroflóra)
- nízká úspěšnost izolace pozitivních kmenů (cca 30 %)
- nejasnosti v interpretaci výsledků a následném hodnocení rizika