

B. Checklist – Rozpoznání kriticky nemocného dítěte a KPR u dětí

- Rychlé zhodnocení B – B – B (Chování - Dýchání - Barva kůže)
- S – S – S (Bezpečnost - Stimulace - Volání o pomoc)
- Airway - Zprůchodnění dýchacích cest
 - Pátrej po cizím tělese v dýchacích cestách
 - Podložení ramínek
- Breathing - Dýchání (Look – Listen – Feel)
- 5 iniciálních vdechů
 - Výběr správné velikosti masky
 - Složení ambuvaku a masky s filtrem dohromady
 - Těsnicí úchop masky jednou rukou – C hmat (1. a 2. prst na masce, 3. a 4. na mandibule, 5. v úhlu mandibuly, předsunutí čelisti)
 - Úchop pomocí obou dlaní, druhý záchránce provádí ventilaci ambuvakem (oba palce na masce, 2., 3., 4. a 5. prst na mandibule, předsunutí čelisti)
 - Ventilace správnou frekvencí
 - Správný poměr Inspirium : Expirium
 - Úplné uvolnění ambuvaku mezi nádechy
 - Kontrola účinnosti - zvedající se hrudník
- Kompresce hrudníku 15:2
- CAVE: objem vdechovaného vzduchu přizpůsobit věku dítěte (řídíme se podle exkurzí hrudníku, u novorozenců nemačkáme ambuvak s maximálním úsilím)

