

Seznam „dvanáctibodových přestupků“

- Elektroda není zcela zaryta elektrodovým obalem
 - potenciální kontakt nezakryté elektrody s kůží pacienta
- Řetízek, či jiný kovový předmět, v proudové dráze
 - potenciální uzavření okruhu například u kombinované terapie
- Aplikace UZ na kost a úpon při entezopatii (ostruha patní, epikondylitida)
 - UZ má způsobit myorelaxaci + případně prohřátí svalu, který „tahá“ za úpon, tudíž aplikujeme na sval v hypertonu!
- Galvanoterapie – VŽDY musíte použít ochranné roztoky, tzn. u zápočtu to alespoň řekněte!