

Lékařská mikrobiologie


Alena Ševčíková

OKM, FN Brno

11.9.2012

Mikroby a prostředí

- Voda, půda, rostliny
- Osídlují povrch těla i systémy trávicí, dýchací soustavy vyšších organismů
- Lidské střevo je osídleno asi 500 druhy mikroorganismů




Účinek prostředí na mesofilní bakterie

- Nepříznivé faktory zevního prostředí
 - teplota
 - záření
 - nedostatek vody
 - nedostatek živin
 - nevhodné pH



- Při pozvolném růstu intenzity nepříznivého faktoru
 - ustává množení buněk (bakteriostáza), vratný proces
 - postupné odumírání buněk, probíhá podle logaritmické křivky, nevratný proces

- počet usmrcených buněk závisí
 - na intenzitě smrtícího činitele
 - na době jeho působení
 - vztah mezi počtem přežívajících a usmrcených buněk je logaritmický
- čas potřebný k usmrcení mikrobů závisí
 - na jejich výchozím počtu
 - na druhu mikroorganismu
 - na ochranném vlivu prostředí
 - na teplotě



Intenzita smrtícího činitele

- závislost není lineární
- existují výjimky
 - horký vzduch 180° C je mnohem méně účinný než vodní pára při 121°C
 - 70% alkohol je mnohem účinnější než 95%, který spíše konzervuje
 - koncentrované dezinfekční prostředky mohou selhat, protože koagulují organickou hmotu kolem mikrobů

- počet usmrcených buněk závisí
 - na době působení – **expoziční době**
 - čím déle, tím více mikrobů je likvidováno
 - žádoucí je snížení pravděpodobnosti přežití na 10^{-6}
 - na výchozím počtu mikrobů – **úroveň kontaminace**
 - mechanická očista před dezinfekcí
 - **druh a stav mikroorganismů**
 - spory *Clostridium botulinum*, *Mycobacterium*, neobalené viry - enteroviry, virus hepatitidy A, obalené viry – hepatitida B

- **Ochranný vliv prostředí**
 - organické látky (bílkoviny, tuky) skýtají dokonalou ochranu
 - pH – v kyselém prostředí jsou mikroby choulostivější, spory nevyklíčí
- **Teplota**
 - za chladu ztrácí většina chemických dezinfekčních prostředků svou účinnost
 - čím vyšší teplota tím větší účinek

Definice používaných termínů

- **Sterilizace** – zničení všech životaschopných zárodků (včetně spor, vajíček helmintů, virů)
- **Dezinfekce** – odstranění původců infekce, přerušování cesty přenosu původce
- **Sanace** – vyšší stupeň dezinfekce (zdravotnické nástroje, které se nedají sterilizovat)
- **Asanace** – likvidace zdrojů, rezervoárů a přenašečů infekce
- **Sanitace** – sanitární úklid – snížení mikrobiální kontaminace



Definice používaných termínů

- **Antiseptice** - zneškodňování patogenních mikrobů na kůži, sliznicích, ranách – antiseptika
- **Aseptice** – soubor opatření, které má zabránit mikrobiální kontaminaci sterilního prostředí nebo materiálu
- **Konzervace** – v potravinářství – uchovávání potravin v nezměněném stavu
 - tepelná úprava, mražení, sušení, ozařování, filtrace
 - nasolování, okyselování, nakládání do cukru, uzení



Sterilizace a dezinfekce

- Fyzikální postupy


- **Teplo**

- plamen
 - horkovzdušná sterilizace 60 min/160° C , 30 min/170° C, 20 min/180° C
 - parní sterilizátor – autokláv – teplota páry stoupá s jejím tlakem, při tlaku 2atm má pára 121° C/20 min
 - frakcionovaná sterilizace – trojnásobné opakované zahřívání na 30 min při 100°C, proložené inkubací 37°C
 - pasteurizace – 30 min/62° C, několik vteřin/75° C



Sterilizace a dezinfekce

- Fyzikální postupy
 - **ultrafialové záření** – germicidní zářiče, vlnová délka 260 nm
 - **infračervené záření** – tepelný účinek 20 min/180° C
 - **ionizační záření** – paprsky gama
 - zdravotnické potřeby na jedno použití
 - **filtrace** – porcelán, slinuté sklo, membránové filtry, HEPA filtry
 - úklid a mechanická očista



Sterilizace a dezinfekce

- Chemické postupy
 - počet mikrobů
 - koncentrace dezinfekčního prostředku
 - teplota
 - ochranný vliv prostředí
 - relativní odolnost jednotlivých mikroorganismů
 - pseudomonády, stafylokoky, enterokoky, mykobakteria, spory, neobalené viry, VHB

Sterilizace a dezinfekce

- Chemické postupy
 - Mechanismus dezinfekčního účinku
 - oxidace (oxidační činidla)
 - hydrolýza (kyseliny a louhy)
 - tvorba soli s bílkovinami (těžké kovy, halogeny)
 - koagulace bílkovin (těžké kovy, fenoly, aldehydy, alkoholy)
 - poruchy membrán (kvarterní amoniové soli)
 - inaktivace enzymů (těžké kovy, aldehydy, fenoly)

Sterilizace a dezinfekce



- Chemické postupy
 - **oxidační činidla** (persteril, ozon, peroxid vodíku, manganistan draselný)
 - **halogeny** (chlór a jeho deriváty, chloramin, jódové přípravky)
 - **alkylační činidla** (ethylenoxid, formaldehyd, glutaraldehyd)
 - **cyklické sloučeniny** (fenol a jeho deriváty, lysol, Orthosan, difenyly, chlorhexidin, barviva, briliantová zeleň, krystalová violet')

Sterilizace a dezinfekce

- Chemické postupy
 - **alkálie** (louhy, vápno, vodní sklo)
 - **kyseliny** (solná, sírová, chromsírová)
 - **sloučeniny těžkých kovů** (rtuť, oxycyanát, stříbro, Sagen, AgNO_3 , měď, CuSO_4)
 - **alkoholy** (ethanol, propanoly, triethylenglykol)
 - **povrchové aktivní látky** (kvarterní amoniové sloučeniny, Ajatin, Septonex)



Sterilizace a dezinfekce

- chemická sterilizace – plyny ethylenoxid, formaldehyd, páry kyseliny peroctové
- aplikace – namočení, otírání, postřik, odpařování par, v suchém stavu jen k dezinfekci tekutých materiálů
- po delší době používání může vzniknout rezistence (mutací, přijetím plasmidu nebo transpozonu)
- nutno dodržovat doporučenou koncentraci, každé dva měsíce prostředek obměnit



- kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů
 - biologické testy (*Bacillus stearothermophilus*, *Bacillus subtilis*)
 - chemické testy reagují změnou barvy (Bowie-Dickův test, procesové testy na obalech, chemické testy)

gke

*specializing in sterilization
design, validation and monitoring*

Bowie-Dick simulation test

to monitor steam sterilization processes

PASS CONDITIONS

A successful Bowie-Dick simulation test proves rapid and even steam penetration, under condition that all subsequent sterilization cycles have the same air removal and steam penetration characteristics and all important process parameters are met.



all color segments are black → sufficient steam penetration

FAIL CONDITIONS

If the first Bowie-Dick simulation test fails – repeat the test. If the test continues to fail then the sterilizer must be checked, and if necessary, repaired.

Fail conditions may be due to various reasons (see note below) and do not guarantee sufficient steam penetration to all inner surfaces of the load.



color segments are black at one end, and yellow-brownish at the other end → Insufficient steam penetration and air removal



all color segments are yellow-brownish → Effect of temperature, but no steam penetration and air removal



all color segments are yellow → No effect of temperature and no steam penetration and air removal

Note

A failure of the Bowie-Dick simulation test is not conclusive proof that the fault is necessarily associated to the sterilizer itself (insufficient air removal or leakages), but may well be due to external causes such as unpurged steam pipes at the start of the process, non-condensable gases in the external steam supply or changing temperature of cooling water. Therefore Bowie-Dick tests made in subsequent cycles may show different results.

Stand 08/11

Kontrola dezinfekce

- **Chemické postupy** – detekují zbytkový chlór, jód, apod., a stanovují, zda používaný roztok obsahuje účinnou látku v dostatečné koncentraci
- **Mikrobiologické postupy**
 - kontrola účinnosti dezinfekčního prostředku
 - kontrola mikrobiální kontaminace dezinfikovaných předmětů



illustration: Don Smith

Základy epidemiologie přenosných nemocí

- Přenos specifického původce nebo jeho toxického produktu z infikovaného jedince na vnímavý objekt
- Proces šíření nákazy
 - Zdroj původce nákazy
 - Cesta přenosu
 - Vnímavý jedinec, populace



Výskyt nákazy

- **Sporadický** – ojedinělá onemocnění bez vzájemné souvislosti
- **Epidemický**
 - explozivní – prudký začátek, několikahodinová inkubační doba, alimentární, respirační onemocnění
 - kontaktní – vleklý průběh, dlouhá inkubační doba, virová hepatitida A, AIDS
- **Endemický** – bez časového omezení, vychází z přírodních ohnisek nákazy, rezervoárová zvířata
- **Pandemický výskyt** - chřipka

Zdroj nákazy

- **Člověk**
 - nemocný
 - ke konci inkubační doby, nemocný s typickým nebo atypickým průběhem onemocnění, případně s průběhem abortivním nebo asymptomatickým
 - zdravý nosič
- **Zvíře**
 - antropozoonózy (brucelóza, antrax, vzteklna, leptospiróza, toxoplazmóza, tularémie)
- **Zevní prostředí**
 - spóry bakterií, prvoků, vajíčka červů, plísně, nokardie

Ohnisko nákazy

- zahrnuje zdroj a prostředí, kde se odehrává přenos a kde jsou podmínky pro expozici vnímavých jedinců
- má různý rozsah, trvání a podobu
- přírodní ohnisko nákazy
 - rezervoárová zvířata
 - cirkulace nezávisle na člověku



Přenos původce nákazy

- **přenos přímý**
 - sexuálně přenosné nákazy, pokousání zvířetem, transplacentární
- **přenos nepřímý**
 - předpokládá schopnost původce přežít ve vnějším prostředí, na kontaminovaném povrchu, materiálu, nebo v jiném vehikulu

Přenos nepřímý

- **ingescí – alimentární přenos**
 - vodou (salmonely, shigely, cholera, enteroviry, virové hepatitidy, leptospiry, brucely, původci tularémie, amébová dyzentérie, botulotoxin, shigatoxin)
 - potraviny (VHA, TBC, klíšťová encephalitida, alimentární nákazy)
- **inhalací – vzdušnou cestou**
 - respirační nákazy
 - aerosol (Q-horečka, ornithóza, antrax, tularémie)
- **inokulací – vpichem**
 - hmyz, injekce

Exogenní infekce

- jsou důsledkem styku makroorganismu s virulentním patogenním mikroorganismem
- Klasické infekce
 - variola, skvrnitý tyfus, malárie, diftérie, poliomyelitida, pertuse
 - respirační, průjmová onemocnění, klíšťová encefalitida

Endogenní infekce

- vznikají zavlečením infekčního agens z kolonizovaného místa (kůže, pochva, ale zejména orofarynx a GIT) do jiného systému téhož organismu.
 - **Primárně endogenní infekce** jsou způsobeny potenciálně patogenními mikroorganismy, které jsou normálně přítomny v pacientově mikroflóře.
 - **Sekundárně endogenní infekce** jsou způsobeny mikroorganismy, které před vznikem infekce nejprve kolonizovaly sliznice či kůži pacienta

Faktory ovlivňující vznik infekce

- **Patogenita, virulence**
 - Patogenita je vlastnost druhová, virulence je vlastnost individuální, stupeň patogenity určitého kmene
- **Vnímovost či odolnost hostitele**
- **Zevní ekologické faktory**
 - geografické rozšíření nálezů může být vázáno na výskyt rezervoárových zvířat
 - na klimatických podmínkách
 - sociální faktory, války, vyčerpání, hlad
 - společenský vývoj, cestování

Zásady boje s infekčními chorobami

- **Opatření při výskytu nákazy**
 - včasná diagnóza a hlášení nemoci
 - izolace, hospitalizace, antibiotika
 - dezinfekce, epidemiologické šetření
 - opatření u zdravých v ohnisku nákazy
 - hygienická opatření, zdravotnický dohled, depistáž nosičů, imunizace, chemoprolaxe
- **Opatření preventivní**
 - hygienická, očkování, evidence bacilonosičů, opatření proti zavlečení infekce do kolektivu, zdravotnická výchova

Preventivní přístup

- již koncem 19. století ve vyspělých zemích klesal počet úmrtí vyvolaných infekcemi
 - zajištění nezávadných zdrojů vody, účinná kanalizace, zvýšení hygienické úrovně při přípravě a skladování potravin
 - zlepšování bytových podmínek, likvidace brlohů
 - možnost dostatečné výživy
 - zlepšení hygienických podmínek

Nozokomiální nákazy

- vzniklé v souvislosti se zdravotními výkony
- vzniklé po 48 – 72 hodinách hospitalizace
 - exogenní
 - endogenní
 - primární
 - sekundární


Kolonizace

- přítomnost potenciálně patogenních mikroorganismů ve dvou nebo více následujících vzorcích odebraných ve dvoudenních intervalech, **bez klinických známek infekce**

Nejčastější nozokomiální nákazy

- infekce močových cest
- ranné infekce
- pneumonie
- infekce krevního řečiště

- snížená imunita
- porušení bariér
- polyrezistentní kmeny



- MRSA (methicilin rezistentní *Staph. aureus*)
- VRE (vankomycin rezistentní *Enterococcus*)
- ESBL (enterobacterie, *E. coli*, *Klebsiella* sp.)
- multirezistentní gramnegativní kmeny (*Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Serratia*)
- Karbapenemázy, metalobetalaktamázy

Opatření při vzniku NN

- bariérový ošetrovatelský režim
 - izolační pokoj, označení pokoje
 - vlastní pomůcky (teploměr, fonendoskop)
 - jednorázové rukavice a důsledné mytí a dezinfekce rukou personálu
- poučení pacienta i příbuzných
- záznam do propouštějící nebo překladové zprávy

Děkuji za pozornost

