

Lékařská mikrobiologie pro ZDRL

- Týden 5:
- Mikroby a vnější vlivy
- Dekontaminační metody

Upraveno podle
Ondřeje Zahradníčka

Možnosti „boje“ s mikrobry

- **Imunizace** – využívá přirozených mechanismů makroorganismu
- **Dekontaminační metody** – hrubé fyzikální a chemické vlivy, působení vně organismu
- **Antimikrobiální látky** – jemné, cílené působení uvnitř organismu s cílem maximálního zásahu mikroba a minimálního vlivu na makroorganismus




Co nás dnes čeká

- Budeme si povídat o vztahu **mikrobů a vnějšího prostředí**, ve vztahu k jejich přežití a množení
- Následně probereme **dekontaminační metody** zahrnující **desinfekci, sterilizace** a několik příbuzných metod

Mikroby a vnější vlivy

U dekontaminačních metod je bezpodmínečně nutné dosáhnout takových hodnot působícího fyzikálního či chemického faktoru, aby došlo k **usmrcení** mikroba a ne jenom k potlačení růstu



Různé mikroby mají různé parametry!

Jak to prakticky rozlišíme?

- Mikroby **přemístíme z optimálních podmínek do podmínek nepříznivých**, jejichž vliv na život mikrobů chceme zjistit. Pokud nerostou, znamená to, že je **inhibován jejich růst**, ale zatím nemáme důkaz, že opravdu **chcípily**.
- Abychom zjistili i tohle, **musíme mikroby ve druhém kroku vrátit do optimálních podmínek**. Pokud byly jenom inhibovány, **ožijí a budou se zase množit**. Pokud chcípily, nepomohou jim ani ty nejdokonaleji optimální podmínky.

Metodologický rozdíl

- Abychom pochopili rozdíl mezi usmrcením a pouhou inhibicí růstu, provedeme pokus:
- Nachystáme si testovací kmen bakterie, u kterého chceme určit, jak zvýšená teplota ovlivňuje jeho schopnost množit se a přežít. Tento kmen naočkujeme do tekuté půdy – bujónu. Tu rozdělíme do šesti zkumavek
- Nastavíme inkubátory na teploty **37, 40, 50 a 60 °C.**
- Zkumavky rozdělíme následujícím způsobem
 - tři dáme do zvýšených teplot (po jedné do 40 °C, 50 °C, 60 °C) na celých 24 h
 - tři dáme do zvýšených teplot (opět po jedné do 40 °C, 50 °C, 60 °C) jen na 4 h a pak na zbylých dvacet hodin do 37 °C (ověřená optimální teplota dané bakterie)

Výsledky pokusu


Při 60 °C je bujón v obou variantách pokusu čirý. Mikroby byly zabity a ani pokus o „vzkříšení“ v optimální teplotě nemůže být účinný.

Při 50 °C byly jen inhibovány a jejich růst může být obnoven návratem do optimální teploty.

Při 40 °C nebyly ani inhibovány, zakalené jsou oba bujony.

Vyhodnocení: Mez růstu daného kmene bakterie leží mezi 40 °C a 50 °C, mez přežití mezi 50 °C a 60 °C.

(Poznámka: u každého kmene bakterie budou meze jiné, tj. u jiného kmene by výsledky vyšly zase jinak)



Mikroby a vnější vlivy II

Někdy se účinek faktorů **kombinuje** (například teplota a tlak)

Faktor, který se s ostatními faktory kombinuje vždy, je **čas**

| Platí pro rezistentní, sporulující bakterie | 160 °C | 170 °C | 180 °C |
|---|---------|---------|--------|
| 20 min | přežívá | přežívá | hyne |
| 30 min | přežívá | hyne | hyne |
| 60 min | hyne | hyne | hyne |

Zde samozřejmě jde již **pouze** o meze přežití.

Kombinace vnějších vlivů: příklady

- Mikroby lépe snášejí **suché teplo** (horký vzduch) **než vlhké teplo** (přehřátá pára)
- Bacily tuberkulózy **dobře snášejí vyschnutí ve sputu** (v přítomnosti bílkovin), ale **špatně na starých, vysychajících kultivačních půdách**
- **Formaldehydová sterilizace** probíhá za teplot vyšších než pokojových, ale samozřejmě mnohem nižších než autoklavování nebo horkovzdušná sterilizace

Dekontaminační metody

odstranění mikrobů z prostředí

Jsou to

- fyzikální a chemické postupy **likvidace** mikrobů, hmyzu a hlodavců **mimo organismus**.
- Můžeme na ně pohlížet jako metody **využívající naše znalosti míry odolnosti mikrobů** vůči zevním podmínkám (fyzikálním či chemickým)
- Mezi dekontaminační metody **nepatří likvidace mikrobů v organismu**, byť by byla lokální (použití antiseptik).
- Patří tam ale **působení na povrch kůže** (desinfekce rukou či kůže pacienta před operací).

Antiseptikum je lék, podléhá legislativě stanovené pro léčiva.

Dezinfekční prostředek není lék, podléhá jiné legislativě, která se týká tzv. biocidních preparátů.

Přehled dekontaminačních metod

(První tři řádky dle Vyhlášky 195/2005)

| | |
|--------------------------------|--|
| Sterilizace | Zničení všech mikrobů v daném prostředí |
| Vyšší stupeň dezinfekce | Zničení naprosté většiny mikrobů, některé formy života mohou přežívat |
| Dezinfekce | Zničení patogenních mikrobů (závisí na okolnostech) |
| <i>Desinsekce</i> | <i>Zničení škodlivého hmyzu</i> |
| <i>Deratizace</i> | <i>Zničení škodlivých hlodavců</i> |

Sterilizace × dezinfekce

- **Sterilizace** je postup, který vede ke sterilitě, tj. ničí **všechny formy života**. Je zbytečné uvádět v definici „včetně spór“ – když všechny, tak zkrátka všechny, i cysty parazitů, houby, neobalené viry, zkrátka všechno.
- **Dezinfekce** je postup, který ničí patogeny přítomné v daném prostředí. Protože spektrum patogenů je jiné v ordinaci praktického lékaře a jiné v TBC léčebně, je jiná i správné dezinfekce.
- **Oproti klasickým představám existuje i chemická sterilizace a fyzikální dezinfekce.**

Důsledek

- Co je **správně provedená sterilizace** jednou, je **správně provedená sterilizace** vždycky
- Co je **správně provedená dezinfekce** za určitých podmínek, nemusí odpovídat definici **správně provedené dezinfekce** za jiných podmínek, v jiném zařízení apod.

Proto má každé zdravotnické zařízení svůj vlastní protiepidemický řád s uvedením konkrétní používané desinfekce podle místních podmínek

Zásady správné dekontaminace (bez ohledu na typ metody)

- Vybrat **vhodnou sterilizační/dezinfekční metodu/prostředek**. „Vhodný“ znamená:
 - musí bezpečně **ničit ty organismy, které připadají v daném prostředí v úvahu** (u sterilizace ovšem to znamená, že musí ničit všechny mikroby)
 - **nesmí ničit dezinfikovaný či sterilizovaný materiál** (povrch, ruce a podobně)
 - musí být **prakticky použitelný** (dostupný místně i cenově, musí ho zvládat personál apod.)

Zásady správné dekontaminace

(bez ohledu na typ metody)
pokračování

- 2. Musíme použít dostatečnou intenzitu faktoru** (teplotu, intenzitu gama záření, koncentraci působící látky)
- 3. Příslušný faktor musí působit dostatečně dlouho** (*rozhoduje čistá doba působení faktoru, tj. např. u sterilizace se nepočítá doba zahřívání a chladnutí, ale jen čistý čas působení nadprahové teploty*)




Mechanická očista

- Dekontaminační postup (odstraňující nečistoty a snižující počet mikroorganismů).
- Pokud došlo ke kontaminaci biologickým materiálem - nutné zařadit před mechanickou očistu proces dezinfekce

Dezinfekce a čištění

- Pozor! Čištění nenahrazuje dezinfekci, desinfekce nenahrazuje čištění! To platí pro nástroje i ruce. U nástrojů většinou mechanické mytí předchází dezinfekci, u rukou spíše naopak.



Před a po dekontaminaci

- **Před dekontaminací** je často nutná příprava – mechanické očištění, zajištění, aby dekontaminace správně proběhla. Tyto postupy opět přesně upravuje vyhláška
- **Po dekontaminaci** je v některých případech nutno učinit určité kroky (např. odvětrat zbytek působící chemikálie). Je nutno dbát na pravidla uchovávání dekontaminovaných předmětů.
- **Uchovávání** dekontaminovaných předmětů (jak dlouho vydrží sterilní) rovněž upravuje vyhláška

Předsterilizační příprava

- dekontaminace či dezinfekce
- mechanická očista
- oplach pitnou vodou nebo vodou destilovanou
- osušení
- zabalení

Sterilizace – příklady I

- **1. Sterilizace horkou parou pod tlakem** (autoklávování). Pára musí být právě nasycená (to znamená, že kdyby obsahovala jen nepatrně více vody, začala by se voda srážet). Hodí se na předměty ze skla, kovu, keramiky, kameniny, porcelánu, textilu, gumy a některých plastů. Teploty 121–134 °C.
- **2. Sterilizace horkým vzduchem** (u přístrojů s nucenou cirkulací vzduchu 180 °C 20 minut nebo 170 °C 30 minut nebo 160 °C hodinu). Hodí se na kovy, sklo, porcelán a kameninu.
- **3. Sterilizace horkou vodou pod tlakem** – již se v praxi nepoužívá

Autokláv

www.prodenta.cz



Horkovzdušné sterilizátory



www.optingservis.cz

Sterilizace – příklady II

- **4. Sterilizace gama zářením:** používá se většinou při průmyslové výrobě, např. rukavic na jedno použití.
- **5. Plasmová sterilizace** ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli
- **6. Chemická sterilizace** parami formaldehydu nebo ethylenoxidem (musí být přesně dodržen postup). Používá se tam, kde nelze použít fyzikální metody.

Plazmový sterilizátor

Vzniká ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli nebo vysokonapětovým výbojem, které ve vysokém vakuu působením na páry peroxidu vodíku, nebo jiné chemické látky uvolňují volné radikály kyslíku; účinek je dán nízkoteplotní plazmou plynu (peroxid vodíku, kyselina peroctová) při teplotě **50 °C** a dalších stanovených parametrech.



Formaldehydový sterilizátor

Působení plynné směsi formaldehydu s vodní párou při teplotě 60–80 °C a podtlaku při parametrech stanovených výrobcem

zavzdušnění komory na konci cyklu probíhá přes antibakteriální filtr.



Sterilizace – příklady III (co není ve vyhlášce)

- **7. Sterilizace ohněm** se používá prakticky jen u mikrobiologických kliček, protože většinu materiálů silně poškozuje. **Spalování** se hodí u odpadů.
- **8. Paskalizace** je sterilizace tlakem (600 mPa/15'), používaná v potravinářství
- **9. Ostatní metody:** frakcionovaná sterilizace, filtrace roztoků aj. jsou speciální, používají se výjimečně

Vyšší stupeň dezinfekce

- „něco mezi“ sterilizací a dezinfekcí
- na rozdíl od sterilizace **nemusí zničit například cysty prvoků nebo vajíčka červů.**
- používán **glutaraldehyd, Sekusept (glutaraldehyd+formaldehyd) nebo Persteril, ethylenoxid**
- koncentrace vždy jsou **vyšší než pro běžnou desinfekci**
- k **ošetřování flexibilních endoskopů**, kde nelze použít žádné metody sterilizace.

Dekontaminace endoskopů

Po vyšším stupni dezinfekce je nutný oplach předmětů sterilní vodou, k odstranění reziduí dezinfekčních prostředků, sterilní osušení.

Pomůcky podrobené vyššímu stupni dezinfekce jsou určeny k okamžitému použití nebo se krátkodobě skladují kryté sterilní rouškou v uzavřených kazetách a skříních (volně uložený – v kazetách 24 hodin, chráněný – v kazetách a uzavřených skříních 48 hodin).



Dezinfekce

- Před použitím nové desinfekce je třeba **ověřit účinnost** – je uvedeno v tabulce či schvalovacím ověření (A = bakterie a kvasinky, B = viry, C = spory, T = TBC, M = mykobakteria, V = vláknité houby)
- **Každá dezinfekce funguje na něco jiného** (předměty × ruce × povrchy apod.)
- Též je potřeba zkontrolovat **dobu dezinfekce** (místo konkrétního času může být „z“ = „do zaschnutí“), koncentraci přípravku a způsob použití⁹

Dezinfekce

- Nejčastěji jde o poškození struktury mikrobů nebo narušení jejich metabolických pochodů.

- **A. FYZIKÁLNÍ METODY**

- **1. Var:**

- a) za normálního tlaku – ve zdravotnictví alespoň 30 minut. V kuchyni i méně, ale jídlo se musí provařit (i uvnitř!)
- b) v tlakových hrncích – zkrácení času - ani v tom případě však nejde o sterilizaci!!!

- **2. Jiné fyzikální metody** – filtrace, žíhání, slunění, UV záření apod.

Dezinfekce

- **B. DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY**
- **3. Peroxidy:** kyselina peroctová (CH_3COOOH , u nás Persteril). Na spory, houby, a tuberkulózu; 0,5% roztok = vyšší stupeň desinfekce. Nevýhodou je agresivita, odbarvování textilií a nestabilita roztoků.
- **4. Peroxid vodíku (H_2O_2)** – podobný, méně agresivní, také ale méně účinný.

Peroxid vodíku



Peroctová kyselina



Dezinfekce


- **5. Halogenové preparáty** – chlornany:
 - chlornan sodný (NaOCl), u nás Savo
 - chlornan vápenatý (Ca(OCl)_2 ; chlorové vápno)
- **6. Chloramin** (Chloramin B; Chloraminy BM a BS jsou s přísadami).
- **7. Jodová tinktura + novější Jodonal B a Jodisol (alkoholový roztok) a Betadine**, kde je jód vázán v komplexu. U nealergických pacientů by měl mít Jodonal B přednost před Ajatinem při ošetřování chirurgických ran.



Chlornan sodný a chloramin



Jodové preparáty



Klasické jodové pero také dnes obsahuje jodisol, ne jodovou tinkturu



www.i-lekarna.cz

Dezinfekce

- 8. **Manganistan draselný** již se neužívá
- 9. **Formaldehyd** – ve směsích
- 10. **Kresol** (lysol) je účinný, jenže pro zápach a agresivitu se již téměř neužívá
- 11. **Ethylalkohol** – pouze ve směsi, sám není příliš účinný; nejúčinnější je asi 70% vodný roztok
- 12. **Tenzidy:** Orthosan BF 12
- 13. **Ajatin** – běžný pro desinfekci pokožky, méně účinný
- 14. **Septonex** – spíše antiseptikum
- 15. **Anorganické kyseliny a louhy**, těžké kovy aj.
- 16. **Kombinované přípravky**, např. Incidur

Alkoholové prostředky



Ajatin



Účinnost dezinfekce na různé mikroorganismy

V příručkách a jiných materiálech se zpravidla používá abecední systém:

- **A** = účinné na **bakterie** (vegetativní formy) **a kvasinky**
- **B** = účinné na **viry - virucidní**
- **C** = účinné na bakteriální **endospory**
- **T** = účinné na **tuberkulózní mykobakteria**
- **M** = účinné na **atypická mykobakteria**
- **V** = účinné na **vláknité houby**



Dezinfekce

- Výběr vhodného dezinfekčního prostředku
- Široké spektrum účinnosti
- Krátká doba expozice (minuty, sekundy)
- Inertnost k dezinfikovanému objektu
- Nízká toxicita pro člověka a zvířata
- Stabilita pracovních roztoků
- Dobrá kožní snášenlivost
- Balení a dávkování
- Ekonomická dostupnost

Vhodnost k různým účelům

Některé prostředky se hodí jen k něčemu: jsou třeba jen na povrchy, nebo jen na kůži. Zpravidla desinfekční prostředky dělíme na

- prostředky na **nástroje**
- prostředky na **povrchy**
- prostředky na **ruce** (+ desinfekční mýdla)
- desinfekce **potrubí v potravinářství**
- desinfekce vhodná pro **kuchyně**

Volba příslušného dezinfekčního prostředku závisí i na typu zdravotnického zařízení

Střídání dezinfekce

- Na dezinfekční prostředky nevzniká pravá rezistence jako na antibiotika, **bakterie se však mohou stát dočasně nevnímavými** vůči působení určitých látek
- Ve zdravotnických zařízeních tedy bývá předepsáno **střídání desinfekce** (např. jeden prostředek 1. – 15. den v měsíci, druhý prostředek 16. – 31. den)
- Důležité je střídat **látky s různými účinnými složkami**

Umývání a dezinfekce rukou

Pro ruce platí jiná pravidla než pro povrchy.

Zpravidla na rukou nemáte tlustou vrstvu špíny 😊

Současná legislativa používá následující pojmy:

- **Mechanické mytí rukou (MMR)** je běžné mytí mýdlem jako součást osobní hygieny nebo jako krok předcházející CHDR

- **Hygienické mytí rukou (HMR)** používá desinfekční mýdla; je účinnější než MMR, ale méně účinné než HDR

- **Hygienická dezinfekce rukou (HDR)** např. alkoholovými prostředky, doporučena ve zdravotnictví

- **Chirurgická dezinfekce rukou (CHDR)**


Jak by měl vypadat zdravotníkův den z hlediska mytí a desinfekce?


- **Při příchodu do práce** by si měl umýt ruce mýdlem a otřít ručníkem. Poté na suché ruce aplikovat alkoholovou desinfekci
- **Během pracovního dne** používat např. mezi pacienty pouze alkoholovou desinfekci, mytí zařadit jen při pocitu „lepivých rukou“
- **Před cestou domů** ruce zase umýt

Během pracovního dne je tedy doporučeno spíše jen desinfikovat, nikoli umývat ruce, jinak si ruce zničíte, ale mikroby nezničíte



Jak si mýt ruce?

 Délka trvání celého postupu: 40-60 sekund



0 Opláchněte si ruce vodou.



1 Naneste dostatek mýdla k pokrytí celého povrchu rukou.



2 Třete ruce dlaněmi o sebe.



3 Pravou dlaní přes levý hřbet propletenými prsty a obráceně.



4 Dlaní o dlaň s propletenými prsty.




5 Hřbety prstů o druhou dlaň se zahnutými prsty.



6 Rotační tření levého palce zavřenou pravou dlaní a obráceně.



7 Rotační tření články prstů o dlaň protilehlé ruky tam a zpět a obráceně.




8 Opláchněte si ruce vodou.



9 Důkladně osušte ruce jednorázovým ručníkem.



10 Použijte ručník k zastavení vodovodu.



11 Nyní jsou vaše ruce bezpečné.



Správný postup při mytí či desinfekci

- **1. krok:** Dlaň proti dlani.
- **2. krok:** Dlaň pravé ruky přes hřbet levé a naopak.
- **3. krok:** Dlaň proti dlani s propletenými prsty.
- **4. krok:** Vnější část prstů proti dlani s „uzamčenými“ prsty.
- **5. krok:** Sevřít pravý palec v levé dlani a vtírat krouživým pohybem a naopak.
- **6. krok:** Krouživé pohyby sevřených konečků prstů pravé ruky v levé dlani a naopak.
- **(7. krok:** Zápěstí levé ruky prsty pravé a naopak.)

Jak si mýt a desinfikovat ruce

Obr. 1



1. krok
Dlaň na dlaň



2. krok
Pravá dlaň přes hřbet levé
ruky, levá dlaň přes hřbet
pravé ruky



3. krok
Dlaň na dlaň s roztaženými
založenými prsty – mezi prsty



4. krok
Vnější strany prstů proti druhé
dlani s „uzamčenými“ prsty



5. krok
Krouživě mnout levý palec
pravou zavřenou dlaní
a naopak



6. krok
Krouživě mnout tam a zpět
sevržené špičky prstů pravé
ruky na levé dlani a naopak

Na která místa se nejčastěji zapomene



Nejčastěji opomenutá místa

Často opomenutá místa

Méně často opomenutá místa

Oblíbená pověra

~~„Když používám rukavice,
nemusím si mýt a
desinfikovat ruce“~~

velmi nebezpečný nesmysl!

Světový den hygieny rukou 4/5/2018

CHRÁNÍME ŽIVOTY ČISTÝMA RUKAMA

Nemocnice Havlíčkův Brod
vstupní vestibul
od 9 do 12 hodin



**SEE YOUR
HANDS**
HAND HYGIENE SUPPORTS
SAFE SURGICAL CARE

ZACHRAŇTE ŽIVOTY MĚJTE ČISTÉ RUCY

KDY: 3. 5. 2016 od 8:00 do 12:00 hodin
KDE: vstupní vestibul Jesenické nemocnice

Cíl kampaně:

- >> Připomenout důležitost správné hygieny rukou pro prevenci přenosu infekčních onemocnění
- >> Naučit správný postup mytí a dezinfekce rukou
- >> Připomenout, kdy a jak často je třeba dezinfikovat ruce
- >> Naučit veřejnost, aby po zdravotnicích požadovala správnou hygienu rukou

ČISTÁ PÉČE JE BEZPEČNÁ PÉČE!

<http://jesenickanemocnice.agel.cz>

Existují systémy, umožňující pod UV zářením zkontrolovat stav desinfekce rukou



Návyky personálu obecně

- **Důležité od sanitářů až po primáře.**
- **Není vůbec samozřejmostí správná technika mytí rukou** – pro nácvik je nejlepší praktické otestování
- **Používání rukavic**, popř. ústenek aj.
- **Správná manipulace s jehlami** po použití
- **Organizace práce** (oddělení „čisté“ a „špinavé“ manipulace místem a/nebo časem na všech úrovních: špinavé a čisté vozíky, vyčlenění místa pro přípravu infuzí a jiného pro manipulaci s biologickým materiálem apod.)


Kontrola účinnosti dekontaminace

- **Orientačně – smyslově**, např. pomocí charakteristického zápachu
- **Stanovení skutečné koncentrace** desinfekčních prostředků (chemicky)
- **Chemická kontrola sterilizace** využívá indikátorů, které při určité teplotě mění vlastnosti (např. zbarvení)
- **Způsob biologický** užívá odolné kmeny rodu *Bacillus*. Ty absolvují celý cyklus a pak se zjišťuje, zda přežily.

Biologický způsob – co obnáší

- Pro tuto metodu existují **živé, ale vysušené kmeny v podobě „peciček“**. Ty se rozmístí do sterilizátoru rovnoměrně na několik (4 až 12, podle velikosti sterilizátoru) míst
- **Poté se kmeny pošlou do laboratoře**. Zde se kultivují ve speciálních bujónech – je-li přístroj v pořádku, bujon musí zůstat čirý
- Používají se **odolné sporující kmeny** *Bacillus subtilis* a *Geobacillus stearothermophilus*

Bacillus sp.




Pojmy asepse a antisepse

- **Asepse:** nepřítomnost choroboplodných zárodků. V praxi se asepse rozumí opatření a postupy bránící kontaminaci sterilního prostředí mikroorganismy.
 - užívání ochranných pomůcek, filtrace vzduchu, sterilizace nástrojů – používání sterilních nástrojů, chirurgické mytí rukou
 - snížení množství mikrobů v okolí pacienta
 - rozdělení na septickou a antiseptickou část

Pojmy asepse a antiseptiky

- **Antiseptiky:** je soubor postupů a opatření, které mají za cíl **odstranit patogenní mikroorganismy** z povrchu kůže, sliznic nebo tkání
 - antiseptiky je zajištěna pomocí aplikace antiseptik na povrch těla nebo do tělních dutin, do rány



Dekontaminace – široký pojem



<http://www.firmy-svitavy.cz/f997973-ddd-sluzby-cr-dezinfekce--dezinfekce--deratizace-svitavy-dezinfekce--dezinfekce--deratizace/>

- Odstraňování a ničení přenašečů infekcí

- Od úklidu po

- **dezinsekci** - cílené potlačení škodlivých a epidemiologicky významných členovců (hmyzu)

- a **deratizaci** - cílené potlačení škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců



Děkuji za pozornost



**SMRT
POTKANŮM a KRYŠÁM,**

buď v Praze nebo v okolí Prahy

Občane, tyto škůdci ohrožují a ničí:

VAŠE ZDRAVÍ
[Text describing health risks]

VAŠE MAJETK
[Text describing property damage]

A OCHRÁNU VĚ
[Text describing protection services]

PROTO POKLEBNĚ NAŠE!
[Text describing the service]

A NEBOJME!
[Text describing safety]

ODPAM TO NEPROBLE!
[Text describing ease of use]

465-98

Kancelář: Ústí n. M., Praha II., Čelákův 348, tel. 465-98

A MY INKED ZAKROČME!

Čelá akce je pro Tebe úplně zdarma!

FIRMA KELLNER