

# **Postup při přípravě injekce**

## **obecné zásady**

## Postup při přípravě injekce

---



Stříkačku v tuto chvíli zbavte obalu jen do cca poloviny délky.

Sterilní obal stříkačky a jehly netrháme, ale rozloupneme za neslisovaný okraj obalu



Jehlu vybalte také jen do poloviny délky.



Nasadte stříkačku na jehlu, kterou však ještě stále nevysunujete z obalu.

## Nesprávná manipulace se stříkačkou

---



Ukázky chybných manipulací.

Znesterilnění konusu stříkačky

## Otevření ampule – 1. krok

---



Ukázky polohy nařiznutí.

## Otevření ampule – 2. krok

---



*Chyba – nechránění prstů před poraněním pomocí čtverečku z buničité vaty!*

## Nasátí léku z tlustostěnné lahvičky

---



kolmo nasát veškerý obsah

## Nesprávná manipulace s jehlou

---



## Nasátí léku z ampule – 1. krok

---



## Nasátí léku z ampule – 2. krok

---



## Výměna nasávací a aplikační jehly

---



Sterilní obal jehly netrháme, ale rozloupneme za neslisovaný okraj obalu

## Dezinfekce místa vpichu

---



Pozor: nutno dodržet pokyny výrobce dezinfekčních prostředků – na kůži, sliznice apod.  
Prostředek nechat zaschnout pro dodržení doby expozice (dle výrobce)

## Výběr místa vpichu a aplikace léku

---



## **Aplikace jehly do tkáně po konus (intramuskulární injekce)**

---



## **Aspirace – kontrola vniknutí jehly do cévního řečiště**


---



U látek této barvy je vhodné použít druhou stříkačku s fyziologickým roztokem ke kontrole aspirace.

## Aspirace – kontrola vniknutí jehly do cévního řečiště

---



Po dobu aspirace je potřeba fixovat jehlu, aby nedošlo k rozpojení stříkačky a jehly.

### Ukončení výkonu aplikace injekce

---

- úprava polohy nemocného
- kontrola negativních reakcí a projevů
- úklid pomůcek (dodržet třídění odpadu)
- záznam do dokumentace