

Praktikum z vakuové fyziky

Úloha 9: Měření čerpací rychlosti turbomolekulární vývěvy

Úvod

Cílem této úlohy je změřit čerpací rychlosť turbomolekulárnej vývěvy metodou konstantného tlaku. Aparatura je sestavena ze dvou komor, ktoré sú oddelené prepážkou s malým kruhovým otvorem, priemier otvoru je $D = 3.37\text{ mm}$, súčasť prepážky je $L = 7.8\text{ mm}$. Ke spodnej komore je pripojen čerpací stojan s turbomolekulárnou vývěvou a membránovou vývěvou. Ke každej komore je pripojen kombinovaný manometr - ionizačný manometr s žhavenou katodou + Pirani manometr, k hornjej komore je pripojen jehlový ventil pre napouštenie plynu, tím je vzduch pri pokojovej teploti.

Čerpací rychlosť turbomolekulárnej vývěvy můžeme určiť ze vztahu

$$S = \frac{I}{P_1} \quad (1)$$

kde S je čerpací rychlosť, I je proud plynu, a P_1 je tlak ve spodnej komore pripojenej k vývěve.

Pro výpočet musíme znát proud plynu I . Ten můžeme určit z vakuové vodivosti otvoru v prepážce a z rozdílu tlaků mezi komorami.

$$I = G(P_2 - P_1) \quad (2)$$

kde G je vakuová vodivost otvoru, P_1 je tlak ve spodnej komore, P_2 je tlak v hornjej komore s jehlovým ventilem.

Vakuovou vodivost otvoru v prepážce pro molekulárny typ proudenia pro vzduch, teplotu $T = 293\text{ K}$ a kruhový prúžok můžeme počítať, ako vodivost krátkej trubice, podľa nasledujúcich vztahov:

$$G_o = G = 115.6 A_0 \text{ [m}^3\text{s}^{-1}\text{]}; G_t = 121 \frac{D^3}{L} \text{ [m}^3\text{s}^{-1}\text{]}; \frac{1}{G} = \frac{1}{G_o} + \frac{1}{G_t} \quad (3)$$

kde G je vakuová vodivost otvoru v přepážce, G_o je vakuová vodivost otvoru, G_t je vakuová vodivost trubice, A je plocha otvoru, L je síla přepážky, D je průměr otvoru.

Kontrolní otázky

- Na jakém principu pracuje turbomolekulární vývěva?
- Proč má turbomolekulární vývěva různé čerpací rychlosti pro různé plyny?
- Proč turbomolekulární vývěvy nahrazují difuzní vývěvy?

Úkoly a pracovní postup

- Prohlédněte si zapojení vakuových prvků na této úloze a seznamte se s ovládáním čerpacího stojanu, manometrů a jehlového ventilu pro připouštění plynu.
- Pomocí jehlového ventilu postupně zvyšujte tlak v aparatuře až do tlaku 1.9 Pa v komoře s jehlovým ventilem. Po pootevření jehlového ventilu je nutné počkat určitou dobu na ustavení rovnováhy ve vakuovém systému. Po ustavení rovnováhy v systému odečtěte tlaky P_1 a P_2 v komorách aparatury.
- Spočítejte Knudsenovo číslo pro přepážku mezi komorami a použité tlaky a určete o jaký typ proudění plynů se jedná.
- Spočítejte vakuovou vodivost otvoru v přepážce.
- Spočítejte a vyneste do grafu čerpací rychlosť turbomolekulární vývěvy v závislosti na tlaku a porovnejte ji s čerpací rychlosťí, kterou uvádí výrobce pro dusík.
- Měření proveděte pro dvě frekvence otáček turbomolekulární vývěvy $f_1 = 1500 \text{ Hz}$ a $f_2 = 700 \text{ Hz}$.
- V závěru prodiskutujte možné chyby měření.