

Metody studia neprůhledných objektů

– Mikroreliéfová metoda

Botanická mikrotechnika 2021

H. Cempírková



Cíle cvičení

- vyjmenovat různé metody studia povrchu rostlinného těla
- vysvětlit principy těchto metod
- vytvořit preparát, na kterém je možné rozlišit jednotlivé struktury na povrchu pozorovaného objektu
- posoudit vhodnost metody na různé rostlinné objekty a vybrat tu nejvhodnější
- posoudit kvalitu získaného preparátu a ovládat možnosti, jak preparát nebo pozorování vylepšit

Možnosti studia povrchu neprůhledných objektů

- mikroskopie v dopadajícím „osvětlení“
 - optická (např. mikroskop Lug Zeiss)
 - elektronová – SEM, kryo SEM (aquaSEM)
- izolace povrchové vrstvy
- zhotovení otisku mikroreliéfu
- konfokální mikroskopie

Lug Zeiss Jena

Mikroskop pro práci
v **dopadajícím světle**
speciální konstrukce
objektivu, který
štěrbinou ve vnějším
plášti osvětuje
objekt shora
časté využití při
studiu epidermis a
průduchů




**2 svěrací
buňky**
Pyruvátová štěrbina

Vedlejší buňky

**Stomatální
komplex**

Epidermální buňky

**Tvar a rozmístění průduchů
děloha *Arabidopsis thaliana* Heynh.**



**Transmission electron
micrograph**
Zhao and Sack (1999)
Bar = 2 µm


**Cryo-scanning electron micrograph
of maturing epidermis from a cotyledon.**
The larger, non-stomatal cells are pavement cells
that are shaped like pieces of a jigsaw puzzle.
Nadeau J.A. and Sack F.D. Bar = 30 µm
The Arabidopsis Book, 2002

Buňka sousední (Neighbour cell)

- epidermální buňka v kontaktu s průduchem nebo jeho prekurzorem
- morfologicky stejná jako ostatní epidermální buňky

Buňka vedlejší (Subsidiary cell)

- epidermální buňka v kontaktu s průduchem nebo jeho prekurzorem
- morfologicky odlišná od ostatních epidermálních buněk



Klasifikace stomat podle počtu a uspořádání obklopujících buněk



• **stomata izocytická** – epidermální buňky se neliší od buněk epidermis

- **anomocytická**
- **anomotetracytická** (*Chlorophytum, Iris*)




• **stomata anizocytická** – diferencované sousední buňky různě uspořádané:

- **paracytická** (*Magnolia, Cyperus*)
- **brachyparatetracytická** (*Tradescantia*)
- **polocytická** (*Dryopteris, Nephrolepis*)
- **amfianizocytická** (*Begonia*)




Pokožka a průduchy ze spodní strany listu *Rhoëo discolor* (*Tradescantia spathacea*)




Listy podle umístění průduchů

- **hypostomatické** – nejčastější typ, dvouděložné



- **amfistomatické** – (Iris, trávy), jednoděložné



- **epistomatické** – (vzplývavé listy vodních rostlin, některé trávy – *Festuca*, *Melica*, *Brachypodium*)

- HYPOSTOMATIC LEAF



- EPISTOMATIC LEAF



- AMPHYSTOMATIC LEAF




Stomata podle umístění na listech

- **stomata faneroporní** – svěrací buňky a epidermis leží v jedné rovině = nejčastější případ
- **stomata emerzní** – vyčnívají nad úroveň epidermis – hygrofyty, plovoucí listy vodních rostlin
- **stomata submerzní** – ponořená stomata – xerofyty (*Iris*, *Chlorophytum*, *Pinus*, *Nerium oleander*)

Tvar a rozmístění a vývoj průduchů adaxiální strana dělohy tabáku

Nicotiana tabacum L.

zralý průduch



Stomatální densita:
(hustota průduchů)


=

počet průduchů na
jednotku plochy

Stomatální index:

počet průduchů dělený
celkovým počtem
epidermálních buněk
včetně stomat.


Konfokální snímek abaxiální epidermis listu *Arabidopsis*



vizualizace
buněčných stěn =
GFP lokalizovaný
v plazmatické
membráně ("Q8")

Cutler et al.
2000

Vliv šikmého osvětlení na rozlišovací schopnost



Fotograf: George Steinmetz

© 2005 National Geographic Society. Her hakkı saklıdır.


Dev Develer

National Geographic Türkiye, Şubat 2005

Temné pole (zástin)


■ Princip:

- primární záření (nedifraktované) nevstupuje do objektivu
- pozorovaný objekt je osvětlen pouze šikmo dopadajícími světelnými paprsky (difraktované záření), které se od něj odrázejí, lámou a ohýbají se na něm




Procházející světlo

difraktované
světelné paprsky



Zástin

Darkfield Microscopy




Davidson and Abramowitz

- 1 - světelný zdroj
- 2 - kondenzor (speciální kondenzor pro zástin – kardioid)
- 3 - podložní sklo
- 4 - prenáprát

Možnosti nastavení šikmého osvětlení

- zešikmením zrcátka (používáme plochou stranu zrcátka)
- vložením stínícího disku s excentricky umístěným otvorem
- vysunutí aperturní clony mimo optickou osu
- vysunutí kondenzoru mimo optickou osu

Nejjednodušší úprava zástinu



posunutí
kondenzoru
do strany



otvor irisové
clonky

terčová clonka

zhotovení
terčové clonky
na kondenzor

■ Předpoklady pro pozorování v temném poli:


silný světelný tok (zvýšíme intenzitu světla a odstraníme šedé filtry)

čisté médium v preparátu

tenká podložní skla

vhodný objektiv (lépe o menší NA)

použití imerze na kondenzoru



Příprava preparátů:

- Mikroreliéfová metoda:
 - A. otisk v laku na nehty,
 - B. otisk v laku na nehty nalepený na průhledné lepící pásce
- Stržená epidermis
- Pozorování v procházejícím světle a při šikmém osvětlení

Hodnocení: srovnání metod a způsobu přípravy (náročnost, možné problémy, snadnost pozorování, výhody/nevýhody metod a různých způsobů přípravy preparátů), posouzení přínosu pozorování při šikmém osvětlení