

# **Natrium, kalium, chloridy – S,P,U**

- Stanovení na ISE modulech
- Společné stanovení
- Tři ISE elektrody, jedna referenční (argentchloridová elektroda )
- Měří se rozdíl potenciálu mezi IS elektrodou a referenční elektrodou
- ISE elektroda měří aktivitu, přepočet na koncentraci pomocí aktivitního koeficientu
- Nepřímá a přímá potenciometrie

# Metoda nepřímá - historicky starší

- Analýza vzorku značně naředěného (např. 30x) diluentem o vysoké iontové síle
- Generovaný elektrický potenciál porovnáván s potenciálem standardních roztoků – korekce na teplotu nebo elektrické nestability
- Koncentrace iontů se počítá podle Nerstovy rovnice

# Metoda nepřímá

- Výsledky odpovídají měření plamenovou emisní spektrofotometrií
- Chyba způsobená přítomností proteinů a lipidů v plasmě (7%)
- Naměřené hodnoty se počítají na celkový objem plasmy
- Např. koncentrace 145 mmol Na<sup>+</sup>/l bude ve vodné fázi (počítáme-li 93% vodné fáze) ve skutečnosti 156 mmol Na<sup>+</sup>/l
- Negativní chyba známa po řadu let
- S miniaturizací elektrod - přímá metoda - neprosadila se

# ISE elektrody

- Jednotlivé ISE elektrody
- Elektrody integrované - integrovaná chipová technologie
- Na basi tenkovrstvé ionoforové technologie (ionofory umožňují transport iontů přes membránu)
- Makrocyclické ionofory - molekuly s dutinou, ve které jsou pevně vázané ionty - crown etery

# Sodík ( Natrium)

- Doporučená rutinní metoda: FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE direct, ISE indirect
- Referenční metoda: ID-MS, FAES, IC (navržená)
- Hlavní extracelulární kationt – reprezentuje 90 % všech kiontů v plasmě
- Hraje centrální roli v distribuci vody
- Výrazně se podílí na osmotickém tlaku v extracelulární tekutině

# **Sodík ( Natrium)**

*Referenční rozmezí:*

S/P      136-145 mmol/l

moč      dospělí                  70-270 mmol/24 hod

            děti do 1 roku      10-30 mmol/24 hod

## **Stanovení Na pomocí ISE:**

- skleněná sodíková elektroda
- nebo crown éterový případně crown malonátový ionofor integrovaný do iontověselektivní plastové membrány (PVC, teflon)

## **Enzymatické stanovení Na (nedoporučuje se):**

- Metoda založena na aktivaci enzymu  $\beta$ -galaktosidasy ionty sodíku
- Hydrolýza chromogenního substrátu 2 – nitrofenyl -  $\beta$  - D - galaktopyranosidu na galaktosu a 2-nitrofenol
- Rychlosť hydrolýzy se měří kineticky při 420 nm

# **Stanovení Na plamenovou emisní spektrofotometrií**

- Excitované atomy Na emitují spektra s ostrou čarou při 768 nm
- Rutinně se již nepoužívá

# Draslík (Kaličum)

- Doporučená rutinní metoda: FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE direct, ISE indirect
- Referenční metoda: ID-MS, FAES, IC (navržená)
- Hlavní intracelulární kationt - koncentrace v erytrocytech je 23x vyšší než v plasmě
- Vysoká koncentrace uvnitř buňek zajištěna pomalou difuzí přes buněčnou membránu ven
- Na<sup>+</sup>,K<sup>+</sup> - ATPasová pumpa transportuje kalium do buněk proti koncentračnímu gradientu
- Interference: Hemolýza zvyšuje hodnoty draslíku

# **Draslík (Kaliump)**

*Referenční rozmezí:*

S/P	3,5-5,1 mmol/l
moč dospělí	25-125 mmol/24 hod
děti do 1 roku	15- 40 mmol/24 hod

## **Stanovení K pomocí ISE:**

- PVC membrána, v ní zabudován valinomycin (na principu iontové výměny)

## Stanovení K plamenovou emisní spektrofotometrií:

- Excitované atomy K emitují spektra s ostrou čarou při 589 nm
- Rutinně se nepoužívá

## Enzymatické stanovení K:

- Metoda založena na aktivaci vhodného enzymu ionty draslíku
- Např. tryptofanasa se substrátem tryptofanem
- Metoda není doporučena

# Chloridy

- Doporučená rutinní metoda: Coulometrie, ISE direct, ISE indirect
- Referenční metoda: Coulometrie
- Hlavní extracelulární aniont - největší frakce anorganických aniontů v plasmě
- Zásadní role v normální distribuci vody
- Výrazný podíl na osmotickém tlaku v extracelulární tekutině

# **Chloridy**

*Referenční rozmezí:*

S/P	98-109 mmol/l
moč dospělí	110-250 mmol/24 hod
děti do 1 roku	3-10 mmol/24 hod

## **Stanovení Cl pomocí ISE:**

- Polymerní membrána – v ní kvarterní amoniové soli
- Např. trioktylpropylammonium chlorid dekanol
- Membrána zajišťuje iontovou výměnu solí z membrány s chloridovými ionty
- Některé firmy používají chloridovou elektrodu v pevné fázi (AgCl)

## **Coulometrie:**

- Stanovení chloridů založeno na generaci Ag<sup>+</sup> ze stříbrné anody konstantní rychlostí (konst. proud)
- Ionty stříbra reagují s chloridy → chlorid stříbrný
- V bodě ekvivalence se generace stříbrných iontů zastaví
- Obsah chloridů přímo úměrný času
- Rutinně se nepoužívá

# Spektrofotometrické stanovení Cl<sup>-</sup>

- $2\text{Cl}^- + \text{Hg}(\text{SCN})_2 \rightarrow \text{HgCl}_2 + 2 \text{SCN}^-$
- $3\text{SCN}^- + \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}(\text{SCN})_3$
- červený thiokyanatan železitý se fotometruje
- v současnosti se nedoporučuje

# **Natrium, kalium, chloridy- B**

- Stanovení v plné krvi
- Provádí se na přístrojích na měření ABR pomocí ISE elektrod na Na, K a Cl v heparizovaných stříkačkách nebo kapilárách

# Vápník (Kalcium)

- Doporučená rutinní metoda:  
FAAS, FAES, ISE direct, ISE indirect,  
fotometricky s o-kresolftalexonem, s  
arsenazo III
- Referenční metoda: ID-MS, FAAS,  
IC (navržená)

# Vápník (Kalcium)

*Referenční rozmezí:*

Vápník celkový

S/P 2,15-2,55 mmol/l

moč M 2,4-7,5 mmol/24 hod

Ž 2,4-6,2 mmol/24 hod

Vápník ionizovaný

krev 1,12-1,32 mmol/l

# Stanovení vápníku v S,P,B :

## Tři formy

- $\frac{1}{2}$  vázána na bílkoviny (80% na albumin, zbytek na globuliny)
  - 6% - ve formě komplexních sloučenin ( citrát, laktát, hydrogenuhličitan, fosfát).
  - necelá 1/2 vápník ionizovaný ( volný)
- 
- Fyziologicky aktivní pouze ionizovaný vápník
  - Jeho koncentraci regulují hormony PTH a 1,25-dihydroxyvitamin D.
  - Stanovení ionizovaného kalcia se masově neprovádí

# a) Celkový vápník – S,P:

Fotometrické metody:

**Stanovení s o-kresolftaleinkomplexonem:**

- Při pH 12 reagují vápenaté ionty s o-kresolftaleinkomplexonem
- Vznik stabilního purpurového komplexu s abs. max. 600 nm
- Magnesium maskováno s 8-hydroxychinolinem
- Metoda citlivá na vzdušný CO<sub>2</sub> - komínky

# a) Celkový vápník – S,P:

Fotometrické metody:

## **Stanovení s arzenazo III:**

- Imidazolový pufr, pH 6
- vápenaté ionty + arzenazo III → modrý komplex
- činidlo má specifickou afinitu k vápníku (pH 6)

## **Stanovení s NM-BAPTA:**

- Vápenaté ionty + 5-nitro-5'-metyl-BAPTA (pH10) → komplex Ca-NM-BAPTA – ten reaguje s EDTA (pH7,3) → komplex Ca-EDTA

Úbytek absorbance při 600 nm je úměrný koncentraci vápníku

- Nová vysoce stabilní metoda Roche

## a) Celkový vápník – S,P:

Stanovení pomocí AAS:

- Naředění (1:50) roztokem chloridu lantanitého nebo strontnatého v kyselém prostředí
- Plamen acetylén-vzduch, Ca-lampa
- Naředění podpoří disociaci → uvolnění z fosfátů, snížení viskozity
- Stanovení se běžně neprovádí

## b) Volné (Ionizované) kalcium - B

- Pomocí ISE na speciálním přístroji nebo přístroji na ABR
- Měří se rozdíl potenciálu mezi Ca ISE, resp. pH elektrodou a referenční elektrodou
- Vydává se i výsledek přepočítaný na pH 7,4
- ISE elektroda měří aktivitu – ta je přepočítávána na koncentraci pomocí aktivitního koeficientu
- Kalibrátory musí mít stejnou iontovou sílu (koncentrace sodných a chloridových iontů)
- Stanovení se provádí z plné krve odebrané do heparinizovaných stříkaček či kapilár

# Stanovení vápníku v moči

- Fotometrické stanovení ze sbírané moče
- Specifičtější stanovení pomocí AAS
- Vzorek předem okyselit s HCl, rozpustit potenciální krystaly solí
- U pacientů se sklonem ke zvýšené tvorbě krystalů (pro stanovení souboru litiázy) okyselit celý objem sbírané moče
- AAS v některých laboratořích v moči rutinně

# **Hořčík ( Magnesium):**

- Doporučená rutinní metoda: FAAS, enzymová UV metoda, fotometrické metody
- Referenční metoda: FAAS, IC (navržená)
- Stanovení v séru nebo v plasmě:
- V séru nebo plasmě se magnesium vyskytuje ve třech formách. 55% hořečnatých iontů je volných, asi 30% je vázáno na bílkoviny, zejména na albumin a 15% - se vyskytuje ve formě komplexních sloučenin ( citrát, fosfát atd.).

# Hořčík ( Magnesium)

*Referenční rozmezí:*

hořčík celkový

S/P    0,65-1,05 mmol/l

moč    3,0-5,0 mmol/24 hod

hořčík ionizovaný

krev    0,40-0,65 mmol/l

# a) Celkové magnesium:

Fotometrické metody:

## **Stanovení s xylidyllovou modří (magon):**

- $Mg^{2+}$  + xylidyllová modř v alkalickém prostředí
- Vznik purpurové diazoniové soli, abs. max. 600 nm
- $Ca^{2+}$  maskovány s EGTA (kyselina etylen glykol – bis(aminoethyl) tertraoctová)

## **Stanovení s Arzenazo:**

- $Mg^{2+}$  reagují v alkalickém prostředí s chromogenem arzenazo
- Vznik fialového komplexu, abs. max. 570 nm
- Interferenci vápníku zabráněno specifickým komplexotvorným činidlem

# a) Celkové magnesium – pokr.:

Fotometrické metody:

## **Stanovení s Chlorophosphonazo III**

Chlorophosphonazo III (CPZ III) reaguje s hořečnatými ionty za vzniku komplexu Mg-CPZ III.

Interferenci  $\text{Ca}^{2+}$  zabraňuje EGTA ( ethylen bis(oxyethylenitrilo)tetra-octová kyselina) - inhibuje vazbu vápníku na CPZ III pH 7,5

## a) Celkové magnesium – pokr.:

Stanovení s calmagitem:

- Fotometrické stanovení se provádí rovněž v alkalickém prostředí při 520 nm. Kalcium může být maskováno s EGTA.

Stanovení s AAS:

- Stanovení ve provádí po naředění séra (1:50) roztokem chloridu lantanitého nebo strontnatého v kyselém prostředí. Tím se uvolní hořečnaté ionty z komplexů s fosfáty a proteiny. Dojde rovněž ke snížení viskozity. Ke stanovení se používá plamen acetylén-vzduch. V laboratořích klinické biochemie se běžně neprovádí.

## **Volné magnesium - B:**

- Stanovení s ISE – spec. přístroj nebo přístroj na ABR (Nova Biomedical)
- Krátká životnost (1 měsíc), nízká frekvence stanovení, finanční náročnost
- Stanovení se provádí z plné krve odebrané do heparinizovaných stříkaček či kapilár

## **Stanovení Mg v moči:**

- Fotometrické stanovení ze sbírané moče
- Specifičejší stanovení pomocí AAS
- Vzorek předem okyselit s HCl, rozpustit potenciální krystaly solí
- U pacientů se sklonem ke zvýšené tvorbě krystalů (pro stanovení souboru litiázy) okyselit celý objem sbírané moče
- AAS v některých laboratořích v moči rutinně

# Fosfor anorganický

- Doporučená rutinní metoda: UV molybdátová metoda
- Referenční metoda: neexistuje (navrhovaná ID-MS, IC)

Stanovení v séru, plasmě a moči:

- Poměr  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  :  $\text{HPO}_4^{2-}$  je v kyselém prostředí 1:1, při pH 7,4 1:4 a v alkalické oblasti 1:9
- 10% fosfátů v séru vázáno na protein, 35% tvoří komplexy s natriem, kalciem a magnesiem, zbývajících 55% volných
- V krvi anorganické i organické fosfáty
- Stanovuje se fosfor anorganický, organické estery lokalizovány v buněčných elementech

# Fosfor anorganický

*Referenční rozmezí:*

S/P      dospělí                  0,9-1,5 mmol/l

děti      1-2 roky                  1,5-2,2 mmol/l

moč                                  13,0-42,0 mmol/24 hod

## **Stanovení P s molybdenanem amonným:**

- Prostředí kyseliny sírové
- Vznik fosfomolybdátového komplexu  
 $(\text{NH}_4)_3[\text{PO}_4(\text{MoO}_3)_{12}]$
- a) detekce při 340 nm
- b) nebo následná reakce fosfomolybdátového komplexu s redukčním činidlem (kyselina aminonaftolsulfonová – nízká stabilita) → fosfomolybdenová modř - 650 nm

## **Stanovení P s molybdenanem a vanadičnanem amonným:**

- Kyselé prostředí
- Vznik žluté kyseliny molybdátovanadátofosforečné
- Analýza po vysrážení bílkovin ze supernatantu
- Jinak nadhodnocení anorganického fosforu (při reakci dochází k hydrolýze organických esterů)
- Není vhodná k automatizaci

# Železo

- Doporučená rutinní metoda: fotometrie s ferrozinem
- Referenční metoda: neexistuje

Stanovení v séru nebo plasmě:

- $\text{Fe}^{3+}$  vázáno na transportní beta1-globulin apotransferin .
- Měřená koncentrace železa odpovídá  $\text{Fe}^{3+}$  vázanému v sérovém transferinu, nezahrnuje železo obsažené v séru jako volný hemoglobin
- Běžně  $\text{Fe}^{3+}$  obsazuje pouze jednu třetinu vazebných míst v transferinu
- Navázaná část - saturace transferinu

# Železo

*Referenční rozmezí:*

S/P	M	10,6-28,3 umol/l
	Ž	6,6-26,0 umol/l

# Princip stanovení Fe:

- Po uvolnění z transferinu a po redukci na  $\text{Fe}^{2+}$  reakcí se skupinou  $-\text{N}=\text{CH}-\text{HC}=\text{N}$
- Tvorba barevných komplexů
- Fotometrické stanovení

## **Stanovení železa s ferrozinem:**

- Železo se uvolní z komplexu s transferinem přidáním citrátového pufru ( $\text{pH}<2$ )
- $\text{Fe}^{3+}$  redukováno kyselinou askorbovou na dvojmocné
- $\text{Fe}^{2+}$  s ferrozinem modrý komplex, abs. max. 570 nm

## **Stanovení železa s bathofenantrolinem:**

- V minulosti nejčastěji používána
- Není však vhodná pro automatizaci (deproteinace),
- pak se trojmocné železo s kyselinou thioglykolovou redukovalo na dvojmocné.
- S bathofenantrolinem pak dává  $\text{Fe}^{2+}$  červený komplex.

## Interference:

- Při fotometrických stanoveních hemolýza zanedbatelný vliv
- Větší vliv hemolýza při stanovení pomocí AAS

## Stanovení v moči:

- AAS
- Provádí se zřídka
- Nízká koncentrace železa v moči – nevhodné fotometrické metody

Celková a volná vazebná kapacita železa:

- Celková vazebná kapacita železa (TIBC) je metoda, která se využívá k výpočtu saturace transferinu:

Koncentrace Fe v séru

$$\text{Saturace transferinu (\%)} = \frac{\text{Konz. Fe v séru}}{\text{Konz. TIBC}} \times 100$$

- V současnosti minimální použití

**Výpočet saturace transferinu** – provádí se z koncentrace transferinu a železa

**Koncentrace Fe v séru (umol/l)**

$$\text{Saturace transferinu (\%)} = \frac{\text{Konz. Fe v séru (umol/l)}}{\text{Konz. Transferinu (g/l)}} \times 3,98 \times 100$$

## *Referenční rozmezí:*

S/P celková vazebná kapacita

45-75 umol/l

saturace transferinu železem

M 0,21-0,40

Ž 0,20-0,36

## Stanovení celkové vazebné kapacity železa:

- V minulosti – nelze automatizovat
- Přídavek nadbytku roztoku chloridu želecititého - vysycení transferinu
- Přidat pevný uhličitan hořečnatý – reaguje s přebytečným Fe
- Směs se promíchá, po půl hodině odstředí
- V supernatantu se stanoví koncentrace Fe odpovídající celkové vazebné kapacitě železa

# Stanovení volné vazebné kapacity železa:

- Alkal. pufr, přídavek známé konc.  $\text{Fe}^{2+}$  v nadbytku.
- Specifická vazba na transferin
- Nezreagované  $\text{Fe}^{2+}$  stanoveny s ferrozinem
- Rozdíl mezi koncentrací původně přidáváných  $\text{Fe}^{2+}$  a stanovenou koncentrací = volné vazebné kapacitě
- Celková vazebná kapacita - součet volné vazebné kapacity a sérového železa

# Stopové prvky

- v organismu ve velmi nízkých koncentracích ( $\mu\text{mol/l}$ )
- dostatečně citlivá metoda
- v preanalytické fázi zabránit kontaminaci biologického vzorku

# Stopové prvky

## ZINEK

- **Analyzovaný materiál:** S, P, U
- **Stabilita:** S 2 týdny (+4 °C), 1r (-20 °C )
- **Speciální preanalytické požadavky:** zabránit kontaktu s gumou
- **Referenční rozmezí:**

S,P      9,5 – 19,0 µmol/l

dU      3,0 – 9,0    µmol/24h

# Stopové prvky

## MĚĎ

- **Analyzovaný materiál:** S, P, U
- **Stabilita:** S 2 týdny (+4 °C), 1r (-20 °C )
- **Speciální preanalytické požadavky:** obecná pravidla pro stopovou analýzu
- **Referenční rozmezí:**  
S,P   M   11,0-22,0 µmol/l  
            Ž   12,5-24,0 µmol/l  
dU         0,2 – 0,9 µmol/24h

# Stopové prvky

**SELEN**

- **Analyzovaný materiál:** S, P, B
  - **Stabilita:** S 2 týdny (+4 °C), 1r (-20 °C )
  - **Speciální preanalytické požadavky:** obecná pravidla pro stopovou analýzu
  - **Referenční rozmezí:** S,P 0,8 – 1,2 µmol/l  
dU 0,1 – 0,4 µmol/24h

# METODY STOPOVÉ ANALÝZY PRVKŮ<sup>o</sup>

**Referenční metoda:** Neutronová aktivační analýza (NAA)  
*nedestruktivní*

**Doporučené metody:**

- ATOMOVÁ ABSORPCNÍ SPEKTROMETRIE
  - PLAMENOVÁ (FAAS)
  - S ELEKTROTERMICKOU ATOMIZACÍ (ETA-AAS)
- ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE S INDUKČNĚ VÁZANÝM PLAZMATEM (ICP-AES) a její modifikace

# METODY STOPOVÉ ANALÝZY PRVKŮ

## ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE S INDUKČNĚ VÁZANÝM PLAZMATEM

- výboj vzniká v proudu argonu – ten protéká plazmovou hlavicí v kruhové indukční cívce kde protéká vysokofrekvenční proud a vzniká elektromagnetické pole
- teplota  $5000^{\circ}$  -  $10000^{\circ}$  K
- dochází snadno k vypaření aerosolu vzorku, disociaci, atomizaci a excitaci atomů prvků
- čarovou emisí excitovaných atomů a iontů je tvořeno záření
- záření je monochromatizováno v mřížkovém spektrálním přístroji a detekováno
- multiprvková analýza