

Pracovní list	I_ACLAA	Ústav klinické imunologie a alergologie Oddělení laboratorní imunologie
Datum provedení:	20.3.2020	Vyhodnotil: Jméno hodnotícího VŠ
Zpracoval:	Jméno laborantky (razítko + podpis)	

Souřadnice kalibrátorů

Souřadnice + kontroly

Souřadnice - kontroly

A1-F1 KAL.

G1-K+

H1-K-

Šarže: 19290

Exp: 6/2021

Datum dodávky: 18.3.2020

Šarže: _____

Exp: _____

Datum dodávky: _____

Jednotky: APL/ml

Výsledek vyšetření
(jednotky APL/ml)

Údaje o použitém ELISA kitu

Pacient	Výsledek vyšetření (jednotky APL/ml)	Údaje o použitém ELISA kitu
2/A 1 PAC 1	[18.11.19 0] 3	
B 2 PAC 2	[18.03.19 0] 3	
C 3 PAC 3	[-----] 0	
D 4 PAC 4	[05.02.19 0] 0	
E 5 PAC 5	[18.11.19 0] 3	
F 6 PAC 6	[-----] 5	
G 7 PAC 7	[30.09.19 2] 9	
H 8 PAC 8	[28.01.20 0] 6	
3/A 9 PAC 9	[13.02.17 3] 6	
B 10 PAC 10	[-----] 0	
C 11 PAC 11	[-----] 8	
D 12 PAC 12	[-----] 3	
E 13 PAC 13	[-----] 0	
F 14 PAC 14	[-----] 0	
G 15 PAC 15	[-----] 3	
H 16 PAC 16	[-----] 0	
4/A 17 PAC 17	[-----] 124	
B 18 PAC 18	[-----] 6	

Souřadnice vzorků pacientů

User prompts

Název metody: ACLA IgA
 Zpracoval(a): Jméno laborantky


Jméno hodnotícího VŠ
 Razítko + podpis

Raw data Surová data - hodnoty absorbance

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.188	0.243	0.331	1.296	0.186	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
B	0.232	0.235	0.193	0.328	0.193	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
C	0.375	0.165	0.349	0.404	0.200	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
D	0.622	0.218	0.236	0.244	0.271	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
E	1.131	0.241	0.215	0.260	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
F	1.950	0.294	0.197	0.752	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
G	0.920	0.372	0.253	0.169	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
H	0.204	0.323	0.201	0.409	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

Graph: Standard Curve

Point to Point —→ Způsob vynesení kalibrační křivky



1 Raw data

2 Single conc. ()

	1	2	
A1	0.188	< 0.001	
B1	0.232	3.000	
C1	0.375	10.000	
D1	0.622	30.000	
E1	1.131	100.000	
F1	1.950	300.000	
G1	0.920	60.708	← + 45 (30-70) ✓
H1	0.204	0.018	← -
A2	0.243	3.291	
B2	0.235	3.077	
C2	0.165	<Min	
D2	0.218	0.235	
E2	0.241	3.236	
F2	0.294	5.056	
G2	0.372	9.751	
H2	0.323	6.454	
A3	0.331	6.904	
B3	0.193	0.002	
C3	0.349	8.034	
D3	0.236	3.103	
E3	0.215	0.136	
F3	0.197	0.005	
G3	0.253	3.580	
H3	0.201	0.011	
A4	1.296	124.774	
B4	0.328	6.732	
C4	0.404	11.377	
D4	0.244	3.319	
E4	0.260	3.798	
F4	0.752	40.801	
G4	0.169	<Min	
H4	0.409	11.633	
A5	0.186	<Min	
B5	0.193	0.002	
C5	0.200	0.009	