

Izolácie buniek a funkčné testy lymfocytov

Peter Slanina (peter.slanina@fnusa.cz)
Ústav klinické imunologie a alergologie
FN u sv. Anny a Lékařská fakulta MU



Monocyte



Lymphocyte




Neutrophil




Eosinophil



Basophil



Rozdelenie imunologických laboratórnych metód



Metódy

- serologické (humorálne)- detekcia antigénov a protilátok,
preukázanie tvorby protilátok proti infekčnému agens
- bunečné-** počty a funkcie jednotlivých typov leukocytov





Leukocytes



Separace leukocytů - obecný přehled

- Pro provedení funkčních testů *in vitro* je většinou nutná separace leukocytů z plné krve
- Výběr separační metody záleží na:
 - O jaký typ leukocytů máme zájem
 - Jak velký stres při izolaci buňka vydrží (viabilita)
 - Jaký potřebujeme **výtěžek a čistotu** izolované suspenze buněk!
 - Finanční nákladnost



Separace leukocytů - obecný přehled

1. Izolace PBMC (peripheral blood mononuclear cells)
2. Adherence na plastový povrch
3. Rozetové separace
4. Magnetická selekce
5. Modifikace průtokové cytometrie - sorting


1. Izolace PBMC

PBMC = Peripheral Blood Mononuclear Cells = **lymfocyty+monocyty**

- Izolácia PBMC pomocou gradientovej centrifugácie

Krv sa navrství na separačné médium

Pri centrifugácii sa oddelia jednotlivé vrstvy na základe odlišnej vznášivej hustoty – hore je plazma, medzi plazmou a médiom je vrstva PBMC, na dno klesnú erytrocyty a granulocyty




1. Izolace PBMC

- Odoberie sa plazma
- Naberie sa vrstva PBMC pozorovateľná ako biely prstenec na rozhraní plazmy a média
- PBMC sa premyje v PBS (opakované stočenie, odliatie supernatantu, rozsuspendovanie peletu v PBS)
- Získavame koncentrovanú suspenziu mononukleárov
- Spočítání PBMC na analyzátoru → ředění buněk pro funkční test



Density Gradient Centrifugation




2. Adherence na plastový povrch

- Slouží k izolaci monocytů
- Využívá jejich přirozené schopnosti adherovat na plastové povrhy
- Provedení:
 - Izolace PBMC
 - Izolované PBMC se inkubují několik hodin na plastové misce
 - Monocyty postupně adherují ke dnu, lymfocyty ne
- Nevýhoda – nízká čistota (70-80%) a výtěžnost (získáme kolem 50% monocytů ze vzorku)
- Výhoda – levná a málo pracná izolace


3. Rozetové separace

- Využívá monoklonálních protilátek spojených do 2 typů tetramerů
- Plná krev - pomocí tetramerů se prováží RBC s leukocyty, kterých je nutné se zbavit
- Následuje klasická izolace na hustotním gradientu
- Nechtěné buňky klesnou ke dnu s RBC
- Chtěné buňky zůstanou v prstenci na rozhraní plazmy a separačního média,
(tedy ty buňky, vůči kterým nebyly tetramery namířeny)




4. Magnetická selekce

- Využívá monoklonálních protilátek navázaných na magnetické kuličky
- 2 druhy selekce: pozitivní a negativní
- **Pozitivní:** protilátka namířena vůči specifickému znaku požadované populace (např. pomocí anti-CD4 izolujeme CD4 T-lymfocyty)
- Požadovaná populace je pomocí magnetu zachycena ve zkumavce
- Vše ostatní je v dalším kroku odmyto
- Nevýhoda: vazba protilátky může izolované buňky nespecificky aktivovat, magnetické částice zůstávají v suspenzi spolu s buňkami u některých kitů





4. Magnetická selekce

- Negativní selekce:
- Koktejl monoklonálních protilátek namířený vůči všemu v krvi/PBMC kromě populace kterou požadujeme
- Nechtěné buňky jsou přidrženy pomocí magnetu
- Cílové buňky zůstávají v roztoku – odsátí do nové zkumavky
- Výhoda: izolované buňky nejsou ovlivněny vazbou protilátek – výhodné pro výzkum
- Nevýhoda: nutné dodržet poměr přidávaných protilátek a suspenze buněk – pokud se buněk přidá moc, protilátku nestací a výsledná suspenze buněk je kontaminovaná (nízká čistota)



5. Sortrování

- Princip: průtoková cytometrie
 1. Buňky jsou označeny pomocí monoklonálních protilátek
 2. Analýza buněk na cytometru → cílová populace se zagatuje v pc
 3. Přístroj rozdělí buňky tak, aby v proudu nosné kapaliny 1 kapce byla 1 buňka
 4. Každé kapce je přiřazen + nebo – náboj → vychýlení kapky s cílovou buňkou do zkumavky pomocí magnetu



Výhoda: Nejvyšší čistota buněk

Nevýhoda: Velmi drahé, zdlouhavé, nižší viabilita

Funkční testy lymfocytů - přehled

- Rutinní
 - **Proliferace** (blastická transformace)
- Výzkumné
 - Test cytotoxicity
 - ELISPOT a FLUOROSPOT
 - Detekce aktivačních znaků pomocí průtokové cytometrie

Funkčné testy lymfocytov

- test PROLIFERÁCIE lymfocytov (test blastickej transformácie) – sleduje sa schopnosť delenia lymfocytov po stimulácii

Definícia: nárast počtu buniek ako výsledok bunečného rastu a bunečného delenia

- bujenie, novo-tvorenie, rast
- lat. *prolifero* prinášať potomstvo: *proles* deti; *fero* niest'
- dve významné úlohy (role)
 - embryonálny vývoj
 - dospelé telo (napr. krvotvorba, obnova tkanív)
- typy: symetricky, asymetricky, **diferenciačné delenie**

Kedy indikovať test proliferácie???

- **podozrenie na SCID**
- odpoved' na liečbu (farmaceutika)



SCID

Severe Combined Imunodeficiency

- skupina ochorení, ktoré vykazujú poruchu vo vývoji lymfoidnej rady – niekedy iba porucha vývoja T-lymf., niekedy kombinácia s B-lymf. a s NK bunkami (záleží na genetickej poruche)
- klinické prejavy - thymus se nevyvíja normálne (úplne/redukcia), veľmi nízke počty cirkulujúcich lymfocytov (lymfopénia) a T-lymfocytov
- lymfocyty nereagujú na stimuláciu mitogénmi – tzn. nemôžu proliferovať v odpovedi na antigény
(myeloidná a erytroidná rada je v počtoch a funkcií neovplyvnená)

SCID

- existuje asi 7 variant, ktoré sú AR, jedna X viazaná
- väčšinou ide o defekt v gama reťazci IL-2R (X-viazaná forma), tento reťazec je aj súčasťou receptorov IL-4, -7, -9, 15

Syndrom	T-bb	B-bb	NK-bb	Dědičnost
Retikulární dysgeneze	-	-	-	AR
ADA deficit	-	-	-	AR
RAG 1,2 deficit	-	-	+	AR
C γ C deficit	-	+	-	XL
JAK3 deficit	-	+	-	AR
IL-7R α deficit	-	+	+	AR
Omennův syndrom	+	-	+	AR
ZAP-70 deficit	CD4+	+	+	AR

SCID

- Predĺženie života vyhnutím sa kontaktu s potenciálne nebezpečnými patogénmi – musia žiť v sterilním prostredí!!!
- Musia sa vyhýbať kontaktu s ľuďmi a nefiltrovaným vzduchom, všetkým s čím prídu tieto deti do styku – vrátane jedla!



David, Bubble boy – strávil v izolační bublině celý svůj život – 12 let

Obecné schéma zpracování vzorku na proliferaci

1. Izolace PBMC nebo odběr plné krve do heparinu
2. Umístění leukocytů do sterilního živného média
3. Stimulace leukocytů – přidáme polyklonální mitogen
4. Inkubace několik dní (3-4) – buňky se dělí po reakci na mitogen
5. Detekce proliferace (různé metody)
6. Vyhodnocení

Kultivácia lymfocytov in vitro



RPMI médium -
čerstvé



- Pestovanie prebieha v definovanom bazálnom médiu RPMI – obsahuje cukry, AMK, vitamíny, stopové prvky atd. (+ ATB – penicilín, streptomycín) pri 37°C , 5% CO_2 , 95% vlhkosť
- Obsahuje také acidobazický indikátor - fenolovou červeň (je zodpovědná za růžové zbarvení média)
- V průběhu dělení buňky spotřebovávají živiny a tvoří kyslé metabolity → posun pH do kyselé oblasti → změna barvy fenolové červeně z růžové na žlutou
- Žlutá indikuje vyčerpané médium – nutno vyměnit za nové!!




RPMI médium – buňky vyčerpaly živiny → nutnosť výmeny média

Stimulancia

- Rastlinné lektíny - **PHA** (phytohaemagglutinin)
ConA (Concanavalin A)
- monoklonálne protilátky proti receptorom a koreceptorom (**anti-CD3, + anti-CD28**)
- bakteriálne antigény – **tetanický toxoid, tuberkulin**
- Stimulancia fungují jako **polyklonální mitogeny!**
- Aktivace velkého počtu lymfocytů nezávisle na jejich antigenní specifitě!



Metody detekce proliferace



Bez využití průtokové cytometrie

Inkorporace H^3 thymidinu

DELFIA


S využitím průtokové cytometrie

CFSE

Detekce Ki-67


Metody – 1. Inkorporace ^3H thymidinu

- Nejstarší metodika
- Detekcia novo syntetizovanej DNA pomocou **thymidínu** značeného radioaktívne (tríciom), ktorý se zabuduje do nově syntetizované DNA
- Meranie na beta-counteru (scintilačný detektor)
- Zastaralá metodika – dnes se již rutinně nepoužívá



2. DELFIA (PerkinElmer)

- BrDU- BromoDeoxyUridin
 - analóg Tymidínu
- Cheláty lathanidů - Eu- Európium
- Detekcia novo syntetizovanej DNA pomocou BrDU, začlení sa do novo vznikajúcej DNA, BrdU je potom detekované pomocou protilátky anti-BrdU značenej Eu
- jednotlivé stimulancia v tripletoch



Detekce - TRF- Time resolved fluorescence

Časově modulované měření fluorescence




Výhoda:

Cheláty lathanidů mají dlouhou dobu fluorescence a velký rozdíl mezi excitační a emisní vlnovou délkou

Pulzní excitace chelátu lathanidu →

Měření fluorescence se zpožděním – v době, kdy již pominula nespecifická fluorescence pozadí → vysoká přesnost a citlivost metody





Výsledok DELFIA – počet záblesků v každej jamce

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	295	320	415	270	345	440	405	525	345	255	310	445
B	N ²⁷⁰	1785	1700	1510	1505	2790	2200	365	425	485	460	325
C	CD3 ⁵³⁵	108820	92780	98960	115415	112115	108790	375	390	475	325	430
D	PHA ⁴⁵⁰ 5	32295	26635	24970	105190	109035	90855	355	320	380	415	370
E	PHA ³²⁰ 2	7185	6475	4490	50205	47085	45995	435	300	345	365	405
F	ConA ³⁰⁵ 2,5	48050	48670	46200	131800	115575	100390	F 8 445	290	500	455	460
G	ConA ³⁶⁵ 1	25230	23305	19890	86295	78885	60965	480	425	610	300	370
H	330	455	440	375	385	385	380	465	500	425	490	450



Príprava vzorky




• cca 2,5 hod

• cca 72 hod





Počítání buněk – přístroj Vicell XR





- Vitální barvení trypanovou modří
- Živé buňky – barvivo skrze membránu nepronikne – aktivní metabolismus (jsou průhledné)
- Mrtvé buňky – průnik barviva skrze porušenou membránu (modré zbarvení)
- Stroj vyfotí 50 zorných polí – informace o % viability + výdej výsledku o počtu buněk – miliony na 1 ml
- Cílovou koncentraci buněk pro proliferaci nutno dopočítat a příslušně naředit



3. CFSE




- Cytometrická detekcia pomocou fluorescenčného farbiva **CFSE** (karboxyfluoresceinsukcinimidylester), ktoré sa viaže nešpecificky na rôzne štruktúry v bunkách, sleduje sa pokles fluorescence po delení buniek
- S každou nově vzniklou generací buněk klesá intenzita fluorescence
- Informace nejen o proliferaci, ale také o počtu proběhlých buněčných cyklů




4. Cytometrické stanovenie – Ki-67 – in house metoda

- Ki-67 - jadrový proteín
- asociovaný (možno nevyhnutný) s bunečnou proliferáciou a s transkripciou rRNA
- interfáza- bunečné jadro
- mitóza- povrch chromozómov
- prítomnosť G1, S, G2, mitóza
- absencia G0

HeLa cells
Ki-67 proteín (červená)
tubulín (zelená)
DNA (modrá)




Spracovanie




- značenie živé mrtvé buňky - L/D- 30 min
 - Live/dead barvička – váže se na aminoskupiny na buňkách – živé jsou pozitivní slabě (barvička je pouze na povrchu buněk, mrtvé jsou pozitivní silně – porušenou membránou barvivo proniklo dovnitř buňky a navázalo se také na aminoskupiny proteinů vyskytujících se intracelulárně)
- extracelulárne značenie (anti-CD25, anti-CD8)- 30 min
 - CD25- súčasť receptoru pre IL-2 (α reťazec)
- fixácia (paraformaldehyd)- 60 min – zafixuje buňky – zabránení rozpadu
- permeabilizácia – vytvoření pórů do buněčné a jaderné membrány, umožní průnik protilátek
- intracelulárne značenie (anti-CD3, anti-Ki-67)- 30 min


Gatovacia stratégia



Gatovacia stratégia




Pacient 1: ↓ expresia Ki-67



Pacient 2:


↑ apoptóza buniek

- nestimulované




Pacient 2:
↑ apoptóza buniek

- stimulácia aCD3





Pacient 3: silnejšia stimulácia → zvýšená úmrtnosť bb



EXBIO Ki-67 KIT – metoda certifikovaná firmou

- Stimulancia lyofilizované v skúmavkách
- Krv odobraná do heparínu
- Všetky potrebné reagencie prítomné v sete
- Detekcia: CD3 + Ki67
- Štandardizovaný a testovaný postup:
 - Zkumavka obsahuje vysušený mitogen →
 - Přidáme 45ul plné krve + 500ul RPMI média
 - Inkubace 3 dny
 - Značení anti-CD3 na povrchu
 - Fixace a permeabilizace buněk →
 - Značení anti-Ki-67 uvnitř jádra buněk






Gatovacia Suicugia

Proliferačné vyšetrenie

- Výsledok: porovnanie **kontrola vs. pacient**
 - počet zábleskov (DELFIA)
 - % Ki67⁺ buniek (cyt. stanovenie)
- Kontrola prevedenia: odber?, viabilita buniek po izolácii PBMC?, spotrebované médium?,
- Cytometer: dostatok buniek na analýzu, veľkosť FSC vs. SSC, L/D, % Ki67⁺ CD3⁺ buniek

Cytotoxický test

- Schopnost **CD8 T-lymfocytů a NK buněk** zabíjet jiné buňky pomocí systému **granzym/perforin**
- Provedení:
 1. Izolace CD8 T-lymfocytů/NK buněk pacienta a kontroly
 2. Aktivace *in vitro* pomocí polyklonální stimulace (PHA) + namnožení (IL-2) → efektorové buňky
 3. Příprava cílových buněk – označení nádorových buněk pomocí radioaktivně značeného ^{51}Cr
 4. Smíchání konstantního množství cílových a efektorových buněk → pokud je systém granzym/perforin funkční, dojde k apoptóze rakovinných buněk a ^{51}Cr se uvolní do supernatantu
 5. Měření gama záření v supernatantu




Cytotoxický test - uplatnění

- Diagnostika familiární hemofagocytující lymfohistiocytózy (HLH)

- Nejčastější příčina - mutace v genu pro perforin
- CD8 T-lymfocyty a NK buňky nejsou schopny cytotoxicky likvidovat virem napadené buňky, ale mají zachovalou schopnost aktivace, proliferace a produkce cytokinů
- Virová infekce – nejčastěji EBV → nadměrná produkce INF- δ → aktivace makrofágů → nadměrná proliferace a produkce IL-6, IL-1, TNF → cytokinová bouře → horečka, splenomegalie, hemofagocytóza v kostní dřeni
- Test cytotoxicity – výrazné snížení/absence schopnosti cytotoxicky likvidovat cílové buňky
- Léčba – transplantace KD
- *Expresi perforinu lze vyšetřit i pomocí průtokové cytometrie – intracelulární detekce pomocí fluorochromem značené monoklonální Ab proti perforinu*



Makrofágy v KD s pohlcenými RBC, jádry buněk a trombocyty



Cytotoxický test - uplatnění

Detekce perforinu v CD8/NK buňkách pomocí průtokové cytometrie:

- Nejprve je nutné buňky **fixovat** (4% formaldehyd) a **perforovat** buněčnou membránu (saponin, triton X-100)
- Poté protilátka značená fluorochromem pronikne skrze membránu a naváže se na perforin intracelulárně (v granulích)



Obr. 6. FHL – imunologická diagnostika.


6a: Průkaz deficitu perforinu v NK buňkách metodou FACS – absence signálu při dvoubarevné CD analýze u pacientky s FHL (řádek 1) ve srovnání se zdravou kontrolou (řádek 2).

6b: Patologický test cytotoxické funkce T lymfoblastů – významně deficitní odpověď u pacientky č. 1 ve srovnání ze zdravou kontrolou.

X-vázaný Hyper-IgM syndrom

Defekt CD40L


- Příčina – mutace v genu pro CD40L → deficit → selhává izotypový přesmyk v B-lymfocytech, tvoří se pouze IgM
- Klinický obraz:
 - Od časného dětství recidivující respirační infekce (opportunistické patogeny - *Pneumocystis jiroveci*, CMV, mykobakteria)
 - Chronické průjmy (kryptosporidiová infekce)
 - Neutropenie
 - Zvýšené riziko malignit
- Diagnostika:
 - Nefelometrie – vyšetření hladin IgG, IgA, IgE (snížené), IgM (norma, zvýšené)
 - Průtoková cytometrie – B lymfocyty - většina je naivních, paměťové formy téměř chybí
 - **Průtoková cytometrie – stanovení exprese CD40L na CD4 T-lymfocytech**
 - Genetické vyšetření – potvrzení mutace v genu pro CD40L
- Léčba – intravenózní imunoglobuliny



Stanovení upregulace CD40L na T-lymfocytech diagnostika X-vázaného hyper-IgM syndromu

Provedení:

1. Izolace PBMC
2. Stimulace lymfocytů pomocí PMA+ionomycin (4 h, 37 stupňů, 5 % CO²) → lymfocyty se aktivují a zvýšují expresi CD40L (CD154) na svém povrchu
3. Označení lymfocytů pomocí monoklonálních protilátek (anti-CD3, CD8, CD25, CD69, CD40L)
4. Promytí
5. Měření na průtokovém cytometru



Interpretace:

- **Negativní kontrola** - nestim.bb. - modrá – nízký signál, pík vlevo – v pořádku)
- **Zdravá kontrola** po stimulaci CD40L navýšila -----
- **Pacient** po stimulaci CD40L nezvýšil (srovnatelný s negat. Kontrolou) -----
- **Matka pacienta** – dvojí populace lymfocytů – jedna populace CD40L po stimulaci zvýšila, druhá ne → matka je přenašečkou mutace (X chromozom → postižení muži)

